


Préparation de l'incubateur de transport avant de recevoir l'enfant



Installation de l'enfant dans l'incubateur de transport
Aide pour faire suivre les différents câbles et appareils
Attention aux différentes prothèses
Aide pour le matelas coquille











Manipulation de la couveuse avec l'enfant : attention aux secousses, aux différences de niveau du sol
Attention aux tuyaux qui dépassent un peu de la couveuse



Lorsque la maman n'a pas vu son enfant : on repasse par la maternité avant de partir







Mise en place de la couveuse dans l'ambulance

- Branchement dans l'ambulance. Vérification de l'alimentation électrique. Vérification de la bonne marche des appareils
- Départ
- Voyage : la régularité prime sur la vitesse ; éviter les secousses, les brusques accélérations et décélérations
- Arrêts possibles pour éventuel rétablissement de l'enfant ou changement de bouteille









- Arrivée dans l'hôpital receveur : débranchement des appareils ; mêmes précautions de maniement de la couveuse
- Déchargement du matériel
- Refaire le plein ; nettoyage de l'ambulance
- Signaler toutes les problèmes techniques éventuellement survenues durant le transfert